



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

22/09/2021 10:36:02

### TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000095/2021 - Processo Nº 003790/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00001		00055293	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA Desfibrilador Externo Automático (DEA) com recursos integrados de monitor ECG (com display), tipo onda bifásica, memória para gravação de no mínimo 80 eventos ou 2h de ECG, possuir gravação de som ambiente, alimentação bateria lítio recarregável, capacidade bateria mínimo de 200 descargas de 200J, acompanhada de pás adesivas descartáveis (com comprimento de cabo de, no mínimo, 1,5 m afim de garantir segurança ao usuário durante a terapia de choque), com auxílio ao usuário por imagens e mensagem de texto e voz, tipo módulo portátil, com maleta para transporte devidamente desenvolvida para o equipamento . Adaptável a qualquer paciente adulto ou criança; Peso global, já com bateria, menor que 2 kg; Avaliação automática do ECG do paciente, identificando a necessidade do choque; Visor que possibilite a visualização do traçado de ECG; Instrução por comando de voz em português; Auxílio sonoro (metrônomo) para a realização do procedimento RCP; Análise automática da impedância torácica do paciente para ajuste da forma da onda, apresentando energia de até 200 J e apresentando energia para crianças de 50 J (segundo Protocolo da American Heart Association); Executar autotestes periódicos de disponibilidade de bateria, dos circuitos internos, do software e da presença de eletrodos ou de necessidade de manutenção; Deverá possuir registro na ANVISA; Deverá vir acompanhado dos acessórios: Eletrodos adesivos multifunção adulto com identificação de posicionamento no paciente; Bolsa apropriada para acondicionamento e transporte do desfibrilador. Índice de proteção IPX 56 - Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20 s. Tempo máximo desde o início da operação até a prontidão para descarga na energia máxima: 25 s. Acompanha acessório que auxilia e orienta a aplicação do RCP, orientação realizada por voz e por indicações visual da profundidade e frequência da RCP realizada, possibilitando uma reanimação cardiopulmonar efetivas. Dispositivo não descartável.	UND	12.407,000	1,0000	12.407,00
<b>Total Geral:</b>						1,0000	12.407,00