



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUÍ

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

04/07/2022 08:35:01

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000054/2022 - Processo Nº 003486/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00001		00057199	AUTOCLAVE COM VASO DE PRESSAO EM AÇO DE NO MINIMO 20 LITROS Autoclave com vaso de pressão em aço inox de no mínimo 20L. Para esterilizar artigos e instrumentos termo resistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria INMETRO Nº 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir desaeração e despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de água destilada de 300 ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts. Possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor.	UND	6.930,00	2,0000	13.860,00
00002		00057200	COMPRESSOR PARA CONSULTORIO ISENTO DE OLEO AREA ODONTOLOGICA 30 LITROS COMPRESSOR PARA UM CONSULTÓRIO, ISENTO DE ÓLEO, IDEAL PARA A ÁREA ODONTOLÓGICA: Características - Capacidade: 1 consultório. Reservatório: Capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possui abertura no vaso de pressão para futuras inspeções; Motor: deve possuir no mínimo motor de 1HP com pistões em V; Dispositivos de segurança: Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Deve acompanhar chave magnética e purgador eletrônico	UND	5.930,00	3,0000	17.790,00
00003		00057201	MOCHO Mocho projetado para oferecer mobilidade e segurança na posição correta de se trabalhar, complementado o consultório e preservando a sua saúde e bem-estar. Possui estofamento em espuma injetada revestido com PVC expandido sem costura para facilitar a limpeza e desinfecção, possuem cinco rodízios duplos que proporcionam estabilidade e ajuste de altura personalizado largura da base 550 cm, largura do estofamento 425mm, altura do assento 410/520 mm, altura do encosto 410mm, capacidade de carga 110kg e Pistão a gás	UND	990,00	5,0000	4.950,00
Total Geral:						10,0000	36.600,00